



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Milhã
Um Novo Tempo Uma Nova História**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O SECRETÁRIO DE SAÚDE do Município de Milhã Sr. CHARLES PIERRY NOBRE FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE MILHÃ, conforme anexo I do Edital, parte integrante deste Processo, vem, homologar o presente processo administrativo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 03/2018, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor de:

QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL LTDA inscrita no CNPJ: 41.654.740/0001-29, com sede na Av. Washington Soares, nº 5455 - José de Alencar, Fortaleza - Ceará, **vencedora nos itens abaixo descrito**, no valor global de **R\$1.981,00 (Um mil, novecentos e oitenta e um reais)**.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------------|---|------------------------------|------|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | Amalgamador Odontológico: Tipo capsular, com modo de operação digital. Superfície plastica não porosa, compatível com capsula; painel digital; tampa protetora transparente; bivolt ou 220 v. Aplicação: Equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção da amalgama | RHOS | unid | 1 | 541,00 | 541,00 |
| 7 | Ultrassom Odontológico: Possui Jato e reservatório de Bicarbonato integrado, com modo de operação digital; possuindo caneta/transdutor do ultra-som autoclavável, seletor de função e caneta de jato de alumínio durável e autoclavável; caneta de ultrassom com capa removível e autoclavável; pedal de acionamento; botão para variação de água e potência. | KODENTECULTR ASSOM SCALER JR | unid | 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Valor total R\$ | | | | | | 1.981,00 |

V.S. COSTA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 05.286.960/0001-83, com sede na Rua Francelho, nº 69 - Vila Nova - Arapongas - Paraná, **vencedora no item abaixo descrito no valor global de R\$ 5.260,00 (Cinco mil, duzentos e sessenta reais)**:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------------|---|---------------|------|-----|----------------------|-------------------|
| 2 | Autoclave Horizontal de Mesa: Com modo de operação digital, com câmara de esterilização em aço inoxidável, com capacidade no mínimo de 30 litros. | STERMAX-30ASE | unid | 2 | 2.630,00 | 5.260,00 |
| Valor total R\$ | | | | | | 5.260,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Milhã
Um Novo Tempo. Uma Nova História.

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ: 09.560.267/0001-08, com sede na Rua Antônio Gravatá, nº 132 - Betânia, Belo Horizonte - Minas Gerais, **vencedora nos itens abaixo descrito no** valor global de R\$ 9.730,00 (Nove mil, novecentos e trinta reais):

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|---|----------|------|-----|----------------------|-------------------|
| 3 | Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor): Estrutura fabricada em aço; tratamento anticorrosivo; pintura epóxi ou eletrostática lisa; com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima; base com proteção em borracha ou material similar, com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso; revestimento do estofamento em material PVC laminados em costuras, na cor verde; proteção plástica para os pés do paciente; braço da cadeira com formato e fixação que facilitem o acesso do paciente; apoio de braço para paciente dos dois lados da cadeira sendo um rebatível. Encosto da cabeça articulável com movimento longitudinal; acionamento através de comandos elétricos com moto-redutores; controle de pé (pedal) para os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Controle de Pedal para acionamento do refletor. Pelo menos três movimentos automáticos: um volta a zero e dois programáveis pelo cirurgião dentista; alimentação elétrica u 220V 60 HZ de acordo com a rede local do município de entrega; a cadeira deve ser capaz de suportar e levantar uma massa de pelo menos 135 KG mais a massa adicional do equipamento odontológico e acessórios montados na cadeira como especificado pelo fabricante; fornecimento de plantas baixas e outras necessárias para perfeita instalação do equipamento, com todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas para instalação; fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço com vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, com diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos; equipo odontológico; acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo borden), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa tríplice; suporte das | DENTEMED | unid | 1 | 9.430,00 | 9.430,00 |

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Milhã
UM NOVO TEMPO. UMA NOVA HISTÓRIA.

| | | | | | | |
|---|--|----------|------|---|--------|--------|
| | <p>pontas com acionamento individual e automático; pintura epóxi ou eletrostática totalmente lisa; sistema de desinfecção de dutos de água e spray com válvula anti-refluxo; pedal de acionamento do equipo com controle variável (progressivo) da rotação dos instrumentos; com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários a sua instalação; caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira; reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção, em material transparente ou 29 translúcido, de no mínimo 500 ML, bandejas removíveis de aço inoxidável ou alumínio anodizado; refletor odontológico, refletor odontológico monofocal, multifacetado; acoplado à cadeira; fiação embutida; luz fria; no mínimo com uma seleção de intensidade luminosa de no mínimo 20.000 LUX, uniformemente distribuída; para os equipamentos que utilizam LED, o refletor deverá possuir todas as características necessárias para garantir no mínimo uma seleção de intensidade luminosa mínima de 20.000 LUX uniformemente distribuída. Comando de liga/desliga acionado por pedal; braços do refletor articulados e balanceados para posicionamento com estabilidade, sem travas mecânicas; movimentos amplos com batentes de fim de curso para proteção; com protetor de lâmpada e espelho em material resistente e transparente; estrutura com tratamento anticorrosivo, com pintura em epóxi ou eletrostática, totalmente lisa; de formas arredondadas; alimentação elétrica 220V de acordo com a rede local do município de entrega; unidade auxiliar odontológica; unidade auxiliar acoplada à cadeira; bacia de cuspeira removível em porcelana ou cerâmica ou material de alta resistência; ralo separador de detritos em local a ser definido, conectado à mangueira de sucção; registro para acionamento de água da cuspeira; seringa tríplice, 02 (dois) terminais de sucção, com diâmetro aproximado de 6,5 MM, com mangueiras e terminais lisos; formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço com proteção anticorrosão.</p> | | | | | |
| 6 | <p>Mocho: Material de confecção: Aço / Ferro Pintando. Metálico com estofamento em couro sintético e poliuretano, possuindo encosto com ajuste de altura e inclinação, com ajuste de altura do assento e rodízios.</p> | DENTEMED | unid | 1 | 300,00 | 300,00 |

9



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Milhã
Um Novo Tempo Uma Nova História

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|
| Regulagem de altura a gás. Aplicação: Tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirúrgicos, muito utilizado em consultórios odontológicos. | | | | | |
| Valor total R\$ | | | | | 9.730,00 |

ORTONUTRE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP inscrita no CNPJ: 11.541.499/0001-60, com sede na Rua Santos Dumont, nº 3266, Zona 01 - Maringá - Paraná, **vencedora no item abaixo descrito no** valor global de R\$ 2.167,50 (Dois mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos):


| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|---|-------------------|------|-----|----------------------|-------------------|
| 4 | Compressor Odontológico, com manômetro para pressão do reservatório, manômetro para pressão de saída, regulador de pressão na saída com filtro de ar, e dreno para água. Sistema de segurança com válvula, protetor de sobrecarga, isento de óleo, motor de 2 pistões. Aplicação: Equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido. | MOTOMIL/CM O 8/50 | unid | 1 | 2.167,50 | 2.167,50 |
| | Valor total R\$ | | | | | 2.167,50 |

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 71.505.564/0001-24, com sede na Rua Ere, nº 34 - Prado - Belo Horizonte - Minas Gerais, **vencedora no item abaixo descrito no** valor global de R\$ 421,00 (Quatrocentos e vinte e um reais):

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--|-----------|------|-----|----------------------|-------------------|
| 5 | Fotopolimerizador de Resinas: Luz fria (azul) gerada por Led sem fio, display digital - timer (com bip sonoro), comandos de programação no aparelho. Aplicação: Aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível. | MICRODONT | unid | 1 | 421,00 | 421,00 |
| | Valor total R\$ | | | | | 421,00 |

Ao setor competente para providências cabíveis.

Milhã- CE, 27 de junho de 2018.



CHARLES PIERRY NOBRE FERREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE