

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÃ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2202/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº. 2020.07.30.26.PE-FMS



ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditamos da Lei nº. 10.520, de 03 de setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Declaramos que no preço proposta, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação, bem como em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº. 10.520/02, também declaramos que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante Pregão supra citada.

Declaramos que todas as informações descritas na Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, bem como endereço, telefone e e-mail estão devidamente atualizados na presente data.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: G.P VEZONO EIRELI.

CNPJ: 30.778.749/0001-25 I.E. 797.389.702.110

ENDEREÇO: RUA MARTINS PENA, 47 – CAMPOS ELÍSEOS – CEP: 14080-620.

RIBEIRÃO PRETO/SP - TEL/FAX: (16) 3626-8196 - E-MAIL: comercial@gpvhosp.com.br

Item	Descrição	Qtd.	Marca	Valor unitário	Valor total
06	BERÇO AQUECIDO BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Sistema Calor irradiante, elemento aquecedor em quartzo disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito e aletas	01	GIGANTE RECÉM NASCIDO	R\$ 11.680,00 (Onze mil seiscentos e oitenta reais)	R\$ 11.680,00 (Onze mil seiscentos e oitenta reais)

<p>direcionadoras propiciando calor homogêneo em toda área do colchão.</p> <p>Painel Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes.</p> <p>Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes</p> <p>Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual.</p> <p>Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele.</p> <p>A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa.</p> <p>Bateria interna recarregável.</p> <p>Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 Minutos.</p> <p>Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor</p> <p>Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente.</p> <p>Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento.</p> <p>Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle).</p> <p>Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade.</p> <p>Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%.</p> <p>Faixa de leitura da temperatura do RN de 0°C a 50°C.</p> <p>Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38° C com resolução de 0,1°C., Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR.</p> <p>Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potencias.</p> <p>Retenção de memória na falta de energia dos valores programados</p> <p>Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência).</p> <p>Tecla de inibição de alarme (áudio).</p> <p>Tecla "liga" e "desliga" do equipamento.</p>			<p>COMISSÃO DE PREGÃO</p> <p>226</p> <p>Fis.</p> <p>Rubrica</p> <p>Prefeitura de Milhã/CE</p>
--	--	--	---

	<p>Tecla de autoteste do sistema</p> <p>Corpo Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 5" e banda larga com freios. Protetores contra choque (frontal/posterior) para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do leito nas dimensões do berço.</p> <p>Alimentação: 110 V ou 220 V (Á definir) – 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos.</p> <p>Acompanha: Foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro cromado com quatro ganchos, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja intermediária sob o leito medindo 45x69 cm e alça para locomoção.</p> <p>Acessórios inclusos: <u>Elemento aquecedor com giro bilateral (180°) para acesso do aparelho de raios x e gaveta passante para chassis de raios x.</u></p> <p>Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. NBR IEC 60601-2-21 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido</p> <p>REGISTRO ANVISA-MS Nº 10228740032</p>				
07	<p><u>BERÇO PARA RECÉM NASCIDO</u></p> <p>BERÇO HOSPITALAR - MODELO GIGABABY I (pintado) Marca Gigante Produtos Médicos / Fabricante Gigante Produtos Médicos Construído em tubo de 1 polegada pintado com tinta epóxi com tratamento anticorrosivo sem pontos aparentes de solda, apoiado em quatro rodízios giratórios de 5" diâmetro, sendo dois com freios. Cuna removível em acrílico transparente, com elevação de altura na região da cabeça do rn e com aba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço oferecendo posições de trendelenburg, horizontal e próclive com trava de segurança. Acompanha colchão com abertura em uma das extremidades para desinfecção, em espuma de 3 cm, em material antialérgico e atóxico, para maior conforto do RN. Dimensões aproximadas do cesto: 67x35x21cm e dimensões totais aproximadas: 81x50x100cm. REGISTRO ANVISA-MS Nº 80681020001</p>	01	GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS	R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais)	R\$ 890,00 (Oitocentos e noventa reais)



COTAMOS O TOTAL DE:
R\$ 12.570,00 (DOZE MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

Prazo de entrega: 15 (Quinze) dias, conforme edital.
Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias, conforme edital.
Condições de pagamentos: conforme edital.
Garantia: 12 (doze) meses, conforme edital.
Frete: Incluso
IPI: Isento
Procedência: Nacional
Assistência Técnica: Permanente desde que solicitado

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: GABRIEL PEREIRA VEZONO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO.
CPF: 416.054.568-88
RG.: 45.805.097-0 SSP/SP

DADOS DA PROCURADORA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO, BRASILEIRA, CASADA,
CPF: 138.771.588-70
RG.: 18.294.531-5 SSP/SP

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: DO BRASIL N°. 001 **AGÊNCIA:** 2890-8 **CONTA CORRENTE:** 26743-0

Ribeirão Preto, 24 de agosto de 2020.

Érica Vernile Pereira Vezono – Procuradora
RG. 18.294.531-5-SSP/SP
CPF: 138.771.588-70

30.778.749/0001-25
G.P. VEZONO EIRELI
Rua Martins Pena, 47
Campos Elíseos - CEP 14080-620
RIBEIRÃO PRETO - SP